

Zertifikat

Nr.: AL 95 06 23017 001



LAVASET - Krankendusch- und
Therapiesysteme - Claus Wezel
Am Wolsbach 33 a
56244 Helferskirchen/Ww.

mit der(n) Fertigungsstätte(n)
23017

ist berechtigt, nachfolgend genanntes Produkt mit den
Prüfzeichen A,B oder L
gemäß Zeichenliste zu kennzeichnen. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Produkt: Med.-techn. Geräte Gr. 3 MedGV
Mobiles Krankendusch- und Therapieset

Modell: LAVASET 3
LAVASET 4

Kenndaten:

Nennspannung:	12 V =
Nennstrom:	max. 7 A
Bleiakku:	12 V/6,5 AH (LAVASET 3) 12 V/24 AH (LAVASET 4)
Schutzklasse:	III
Schutzgrad:	Typ B
Betriebsart:	Dauerbetrieb

Anmerkung:
Netzladegerät Fa. Friwo 230 V, 400 mA (LAVASET 3)
230 V, 1 A (LAVASET 4)

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Gerätesicherheitsgesetzes
und wurde geprüft nach:

EN 60 601-1 : 1990

Bericht Nr.: 04800500401

Freigegeben mit der obigen Zertifikatsnummer durch die
Zertifizierungsstelle von TÜV PRODUCT SERVICE GMBH.

Organisationseinheit: 4MED / T.Drucklieb / Kim
Datum: 19.06.95

T.D. Drucklieb



◆ ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICATO ◆ CERTIFICAAT ◆ СВИДЕТЕЛЬСТВО ◆
◆ ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICATO ◆ CERTIFICAAT ◆ СВИДЕТЕЛЬСТВО ◆
◆ ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICATO ◆ CERTIFICAAT ◆ СВИДЕТЕЛЬСТВО ◆