

# EG - Konformitätsbescheinigung

Nr.: E8 98 01 23017 002



LAVASET Claus Wezel  
Am Merzelbach 11

D-56244 Vielbach

Objektbezeichnung: **Industrie-, Wissenschafts- und Medizineinrichtungen  
Mobiles Krankendusch- und Therapiesystem**

**Lavaset L3 - L4**

Objektbeschreibung: 12Volt; 3,5 - 6,9A

Das Gerät entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen der EG-Richtlinie 89/336/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit auf Basis einer freiwilligen Prüfung.

Grundlage dieser Bescheinigung ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Die detaillierten Prüfergebnisse und alle Normen sowie die Betriebsarten des Prüfmusters sind im Prüfbericht enthalten.

Prüfberichts Nr.: E 9716 MH

Wesentliche Normen: EN 55011/3.1991, EN 55014/4.1993, EN 60601-1-2/4.1994

Diese Bescheinigung berechtigt nicht zur Kennzeichnung des Gerät mit einem TÜV PRODUCT SERVICE-Prüfzeichen. Es wurde mit obengenannter Zertifikatsnummer durch die Zertifizierstelle von TÜV PRODUCT SERVICE ausgestellt.

Nach Erstellen der technischen Dokumentation sowie der EG-Konformitätserklärung nach Artikel 10.1 der EG-Richtlinie 89/336/EWG kann auf dem Gerät die unten abgebildete CE-Kennzeichnung angebracht werden. Alle weiteren relevanten EG-Richtlinien sind zu berücksichtigen.



Abteilung: stk  
Datum: 28.01.1998

TÜV PRODUCT SERVICE ist zuständige Stelle gemäß der Richtlinie des Rates 89/336/EWG (BMPT VFG. 91/1992) über die elektromagnetische Verträglichkeit.